SYSTEME OUEST AFRICAIN D'ACCREDITATION (SOAC)
WEST AFRICAN ACCREDITATION SYSTEM (WAAS)

COCODY-ANGRE-II PLATEAUX, 8ème TRANCHE Abidjan, Côte d'Ivoire
www.soac-waas.org / info@soac-waas.org / +225 07 88 72 68 00 / +225 07 88 72 08 17

ATTESTATION D'ACCREDITATION / *CERTIFICATE OF ACCREDITATION No.* BM19002 version 03

Convention / *Agreement No.* SOAC-BM19002

Le Système Ouest Africain d'Accréditation (SOAC) atteste que : /
The West African Accreditation System (WAAS) certify that:

RETROCI

CHU de Treichville BP 730 ABIDJAN Cidex 03 COTE D'IVOIRE

Satisfait aux exigences de la norme / *Meets the requirements of the standard* **ISO 15189 :2012**

Pour les activités d'activités d'analyses en / *For analysis activities in* **BIOCHIMIE, IMMUNOLOGIE, HEMATOLOGIE, SEROLOGIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE**

Réalisées par / *Carried out by* :

LABORATOIRE RETROCI/CDC
CHU de Treichville BP 730 Abidjan Cidex 03
Téléphone / *Phone* : (+225) 27 21 21 42 68 / 27 21 24 29 69
Email : cia9@cdc.gov / vqv5@cdc.gov
Contact : Mme MOURAD SOUMAHORO MAME LINDA

Les activités d'analyses objet de l'accréditation sont définies dans l'annexe technique jointe. / *Analysis activities subject of accreditation are defined in the attached technical annex.*

La présente attestation est valable du / *This certificate is valid from* **18/02/2022** au / *through* **16/04/2024.**

Marcel GBAGUIDI
Le Représentant Résident - Directeur Général
The Resident Representative - Director-General

L'accréditation suivant la norme internationale ISO 15189 démontre une compétence technique pour un domaine d'application défini et le fonctionnement d'un système de gestion de la qualité d'un laboratoire de biologie médicale. / *The accreditation in accordance with the international standard ISO 15189 demonstrates technical competence for a defined scope of application and the operation of a medical laboratory quality management system.*

La portée d'accréditation à jour et sa validité doivent être vérifiées sur le site du SOAC /*The current Scope of Accreditation and its validity must be verified on the SOAC website* (www.soacwaas.org).

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de son annexe technique / *This certificate is only valid if accompanied by its technical annex.*

ANNEXE TECHNIQUE / *TECHNICAL ANNEX*

à l'attestation / *to the certificate No.* BM19002 version 03

L'entité juridique ci-dessous désignée / *The legal entity herein referred to as* :

RETROCI

CHU de Treichville BP 730 Abidjan Cidex 03 COTE D'IVOIRE

est accrédité par le Système Ouest Africain d'Accréditation (SOAC) selon la norme
is accredited by the West African Accreditation System (WAAS) in accordance with

ISO 15189:2012 pour son laboratoire d'analyses médicales' / *for its analysis laboratory'* :

LABORATOIRE RETROCI/CDC

CHU de Treichville BP 730 Abidjan Cidex 03

Téléphone / *Phone* : (+225) 27 21 21 42 68 / 27 21 24 29 69

Email : cia9@cdc.gov / vqv5@cdc.gov

Contact : Mme MOURAD SOUMAHORO MAME LINDA

Unité technique concernée / *Technical unit concerned* **:**

UNITE DE DIAGNOSTIC CLINIQUE et SEROLOGIE
UNITE DE DIAGNOSTIC MOLECULAIRE

L'accréditation est accordée pour le domaine suivant / *Accreditation is granted in accordance with the following field* :

BIOCHIMIE
IMMUNOLOGIE
HEMATOLOGIE
SEROLOGIE
BIOLOGIE MOLECULAIRE

Elle porte sur : voir page suivante. / *It concerns : see next page*.

Unité technique / *Technical Unit* : **DIAGNOSTIC CLINIQUE SEROLOGIE et DIAGNOSTIC MOLECULAIRE**

Activités d'analyses accréditées / *Accredited analysis activities*

BIOCHIMIE

Nature de l'échantillon biologique	Nature de l'examen/analyse	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Sérum	Dosage de la Créatinine	Méthode de Jaffée compensée sur -Cobas C311 -Cobas INTEGRA C400 PLUS	Méthode standardisée 04810716190 ROCHE DIAGNOSTICS, Catalogue 2015-07, V 17.0 (Cobas C311) Catalogue 2018-12, V 9.0 (Cobas Integra)

IMMUNOLOGIE

Nature de l'échantillon biologique	Nature de l'examen/analyse	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Sang total	Comptage des Lymphocytes T CD3+, Lymphocytes T CD4+ Lymphocytes T CD3+CD4+ Lymphocytes T CD3+CD4+	Cytométrie en flux sur -FacsCanto II -FacsCalibur	Méthode standardisée 342417 Becton Dickinson , Catalogue , 04/2018

HEMATOLOGIE

Nature de l'échantillon biologique	Nature de l'examen/analyse	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Sang total	NFS (GB, GR, hb, hte, plaquettes)	Cytométrie en flux Spectrophotométrie sur : -Sysmex XT4000i -Sysmex XN1000	Méthode standardisée Code No BV494364 Sysmex Corporation, Catalogue, Date of Last revision June 2011 Code No AQ113796 Sysmex Corporation, Catalogue Date of last revision : August 2015

SEROLOGIE

Nature de l'échantillon biologique	Nature de l'examen/analyse	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Sérum Plasma	Recherche des Anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2 Recherche de l'antigène P24	Immunochromatographique Immunoenzymatique -Tests rapides : Determine, Bioline, Stat Pak -Tests ELISA Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab et Murex HIV-1.2.O, méthode semi automatisée sur lecteur PR 4100 de BIORAD -Test Innolia	Méthodes standardisées 72388 et 72386 BIORAD, Catalogue 883637 de 10/2013 9E25-02 DIASORIN, Catalogue D11DS94GB Septembre 2014 80540, FUJIREBIO Catalogue 28672 v6 de 12/2017

DIAGNOSTIC MOLECULAIRE

Nature de l'échantillon biologique	Nature de l'examen/analyse	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Plasma/ Sang total séché sur papier buvard	Mesure/Quantification de l'ARN plasmatique du VIH-1 (Charge virale Plasmatique)	PCR en temps réel Méthode automatisée sur -Cobas AMPLIPREP/ Cobas TAQMAN 96 /Cobas C6800	Méthode standardisée WHO 1st Doc.Rev.9.0 05/2013
Sang total séché sur papier buvard	Amplification de l'ADN du VIH-1 (Diagnostic précoce du VIH)	PCR en temps réel Méthode automatisée sur -Cobas AMPLIPREP/ Cobas TAQMAN 96	Méthode standardisée WHO 1st Doc.Rev.9.0 05/2013

Marcel GBAGUIDI
Le Représentant Résident - Directeur Général
The Resident Representative - Director-General

La présente annexe technique est valable du / *This technical annex is valid from* **18/02/2022** au / *through* **16/05/2024.**

Cette annexe technique pourra faire l'objet de modifications par avenant de la part du SOAC / *This technical annex may be modified by amendment by SOAC.*

Elle annule et remplace toute annexe technique antérieure, à compter de la date de début de validité mentionnée ci-dessus / *It shall cancel and replace any previous technical annex, as from the date of commencement of validity mentioned above.*

L'organisme accrédité doit conserver les annexes techniques périmées conformément à ses dispositions et dans le respect des exigences règlementaires et légales / *The accredited body must keep the outdated technical annexes in accordance with its arrangements and in compliance with regulatory and legal requirements.*