



SYSTEME OUEST AFRICAIN D'ACCREDITATION (SOAC) WEST AFRICAN ACCREDITATION SYSTEM (WAAS)

COCODY-II PLATEAUX, Rue K104 X K125, N°303 Abidjan, Côte d'Ivoire
www.soac-waas.org / info@soac-waas.org / +225 07 88 72 68 00 / +225 07 88 72 08 17

ATTESTATION D'ACCREDITATION / CERTIFICATE OF ACCREDITATION No. ES25003 version 00

Convention / Agreement No. SOAC-ES25003

Le Système Ouest Africain d'Accréditation (SOAC) atteste que : /
The West African Accreditation System (WAAS) certify that:

Laboratoire National de contrôle de qualité des médicaments (LNCQM)

Quartier Dixinn, Commune Dixinn 030 BP10 Conakry, République de Guinée

Satisfait aux exigences de la norme / *Meets the requirements of the standard*
ISO/IEC 17025 : 2017

Pour les activités d'essais en / *For testing activities in* **Analyses physico-chimiques**

Réalisées par / *Carried out by :*

Laboratoire National de contrôle de qualité des médicaments (LNCQM)

Quartier Dixinn, Commune Dixinn

030 BP10 Conakry, République de Guinée

E-Mail : djorkeit62@gmail.com / ibrahimatano@gmail.com

Tél : +224 622 18 00 07 / +224 628 42 04 01

Contact : Docteur Djoran Keita- M. Camara Ibrahima Tanou

Les activités d'essais objet de l'accréditation sont définies dans l'annexe technique
jointe. / *Testing activities subject of accreditation are defined in the attached technical
annex.*

La présente attestation est valable du / *This certificate is valid from* **06/11/2025** au /
through **05/11/2027.**

Marcel GBAGUIDI

Le Représentant Résident - Directeur Général
The Resident Representative - Director-General



L'accréditation suivant la norme internationale ISO/IEC 17025 démontre une compétence technique pour un domaine
d'application défini et le fonctionnement d'un système de gestion de la qualité d'un laboratoire (cf. Communiqué conjoint
ISO/ILAC/IAF d'avril 2017) / *The accreditation in accordance with the international standard ISO/IEC 17025 demonstrates
technical competence for a defined scope of application and the operation of a laboratory quality management system (refer to
joint ISO/ILAC/IAF Communiqué dated April 2017)*

La portée d'accréditation à jour et sa validité doivent être vérifiées sur le site du SOAC / *The current Scope of Accreditation and
its validity must be verified on the SOAC website (www.soacwaas.org).*

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de son annexe technique / *This certificate is only valid if accompanied by
its technical annex.*



ANNEXE TECHNIQUE / TECHNICAL ANNEX

à l'attestation / to the certificate No. ES25003 version 00

L'entité juridique ci-dessous désignée / The legal entity herein referred to as :

Laboratoire National de contrôle de qualité des médicaments (LNCQM)

Quartier Dixinn, Commune Dixinn 030 BP10 Conakry, République de Guinée

est accrédité par le Système Ouest Africain d'Accréditation (SOAC) selon la norme
is accredited by the West African Accreditation System (WAAS) in accordance with

ISO/IEC 17025 : 2017 pour son laboratoire d'essais / *for its testing laboratory:*

Laboratoire National de contrôle de qualité des médicaments (LNCQM)

Quartier Dixinn, Commune Dixinn

030 BP10 Conakry, République de Guinée

E-Mail : djorkeit62@gmail.com / ibrahimatanu@gmail.com

Tél : +224 622 18 00 07 / +224 628 42 04 01

Contact : Docteur Djoran Keita- M. Camara Ibrahima Tanou

Unité technique concernée / *Technical unit concerned :*

UNITE DE PHYSICO-CHIMIE

L'accréditation est accordée pour le domaine suivant / *Accreditation is granted in accordance with the following field :*

Analyses physico-chimiques

Elle porte sur : voir page suivante. / *It concerns : see next page*



Unité technique / *Technical Unit* : **UNITE DE PHYSICO-CHIMIE**

Activités d'essai et/ou d'analyse accréditées / *Accredited testing and/or analysis activities*

Objet soumis à analyse ou essai / <i>Analysis or test item</i>	Caractéristique mesurée ou recherchée / <i>Measured or sought characteristic</i>	Principe de la méthode / <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode / <i>Reference of the method</i>
Médicament à base de Ceftriaxone sous forme de poudre	Identification de Ceftriaxone par Spectrophotométrie Infra – Rouge (IR)	Comparer le spectre d'absorption Infra Rouge (IR) d'un échantillon au spectre d'absorption IR de la substance de référence pour l'identification de la substance Ceftriaxone.	USP-NF2024, (USP) 〈197〉 2024
Médicaments sous forme solide (gélule, comprimé ou poudre)	Détermination de la Perte à la dessiccation	Chauffer un échantillon à une température de 105 °C pour éliminer son eau. L'échantillon est pesé avant et après le séchage pour déterminer la perte de poids due à l'évaporation. La différence de poids permet de calculer la perte à dessiccation de l'échantillon.	USP 37NF32/2014 (USP) 〈731〉 2024.
Médicaments sous forme de solution aqueuse	Détermination potentiométrique du pH	Utiliser un PH-mètre pour déterminer l'acidité ou l'alcalinité d'une solution d'échantillon de médicament.	Ph. Int, 11 ^{ème} édition, 2022

Portée fixe / fixed scope : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les méthodes de la portée d'accréditation ne peuvent pas être modifiées. / *The laboratory is recognized as competent to carry out tests in strict compliance with the methods mentioned in the scope of accreditation. Accreditation scope methods cannot be changed.*

Marcel GBAGUIDI

Le Représentant Résident - Directeur Général
The Resident Representative - Director-General



La présente annexe technique est valable du / *This technical annex is valid from* **06/11/2025** au / *through* **05/11/2027**.

Cette annexe technique pourra faire l'objet de modifications par avenant de la part du SOAC / *This technical annex may be modified by amendment by SOAC.*
Elle annule et remplace toute annexe technique antérieure, à compter de la date de début de validité mentionnée ci-dessus / *It shall cancel and replace any previous technical annex, as from the date of commencement of validity mentioned above.*
L'organisme accrédité doit conserver les annexes techniques périmées conformément à ses dispositions et dans le respect des exigences réglementaires et légales / *The accredited body must keep the outdated technical annexes in accordance with its arrangements and in compliance with regulatory and legal requirements.*